# Inspección visual de un ENDOSCOPIO

APIC®
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology

## RASGUÑO SUPERFICIAL EN CABLE UNIVERSAL



## TUBO DE INSERCIÓN CON HEBILLA






## DAÑO EN LA PUNTA DISTAL

## DAÑO EN LA SECCIÓN DE FLEXIÓN

## LENTE GUÍA DE LUZ AGRIETADA

Los daños externos de un endoscopio pueden ocurrir en cualquier momento durante su uso, reprocesamiento, almacenamiento o transporte. Por lo tanto, un enfoque proactivo ayuda a identificar daños y reduce el riesgo potencial de un evento de seguridad. La inspección visual debe complementar el proceso de limpieza para asegurar que no haya daños en el endoscopio, así como para promover el reprocesamiento seguro de este dispositivo reutilizable.

*Este recurso fue posible gracias a una subvención educativa proporcionada por Olympus Corporation of the Americas*

## ANATOMÍA DE LA PUNTA DISTAL